

EXTENSION TUBING FOR OXYGENTHERAPY

INFORMATION FOR SAFETY AND PERFORMANCE

(EN)

INDICATIONS

Therapeutic administration of oxygen.
Disposable product (for a single patient), to be used continuously for a period not exceeding 30 days.
The oxygen source must be in according to the regulations in force.
The products must be used by qualified healthcare personnel.

CONTRA-INDICATIONS

No contraindications for oxygen therapy are described.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

Reuse of the product may result in:

1. presence of biological residues that might cause cross-infections,
2. alteration of materials,
3. loss of initial functional features of product.

Before connecting to the oxygen source, check its operation.

Accidental crushing or kneeling of the connection tubing do not allow oxygen to flow properly and may cause the disjunction of the connector. It is therefore recommended that the users control carefully.
The same attention must be paid even to the models which are supplied with a sure-flow tubing for which the risk of disjunction exists even though in a reduced way.

The concentrated oxygen can ignite combustible materials. To avoid risk of fire or explosion keep away from possible sources of ignition, and refer to the precautions for use of the equipment used for the delivery of oxygen.

Rev.	Revision Status / Description	Date
A	First Issued	18/02/2026

TUBI PROLUNGA PER OSSIGENOTERAPIA

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA E LE PRESTAZIONI

(IT)

INDICAZIONI

Somministrazione terapeutica di ossigeno.

Prodotto monouso (per un unico paziente), da utilizzare in modo continuo per un periodo non superiore a 30 giorni.

I sistemi di erogazione di ossigeno devono essere conformi alle normative vigenti.

I prodotti devono essere utilizzati da personale sanitario qualificato.

CONTROINDICAZIONI

Non sono descritte controindicazioni per l'ossigenoterapia.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Il riutilizzo del prodotto può comportare:

1. la presenza di residui biologici che possono provocare infezioni crociate,
2. alterazioni dei materiali,
3. la perdita delle caratteristiche funzionali iniziali del prodotto.

Prima del collegamento all'erogatore di ossigeno verificarne il funzionamento.

Lo schiacciamento o l'inginocchiamento accidentale del tubo di collegamento non consente il regolare passaggio dell'ossigeno e può determinare il distacco del connettore dall'erogatore. Si raccomanda pertanto un attento controllo da parte degli utilizzatori.

Quest'avvertenza vale nonostante i modelli siano provvisti di tubo stellato antischiacciamento per cui il rischio d'interruzione del flusso risulta ridotto, ma comunque possibile.

L'ossigeno concentrato può provocare l'accensione di materie combustibili. Per evitare rischi d'incendio o esplosione, tenere lontano da possibili fonti d'innesco e fare riferimento alle precauzioni d'uso dell'apparecchiatura utilizzata per l'erogazione dell'ossigeno.

Rev.	Stato di revisione / Descrizione	Data
A	Prima emissione	18/02/2026